関係各位

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院
契約担当者
院長　大内　尉義

入札の実施通知書

標記のことについて、下記により入札を行ないますのでお知らせいたします。

記

1. 契約の目的
   医療器具器械（ 血糖測定器　1 式　分院用）の購入

2. 入札説明会の日時及び場所
   平成 26 年 4 月 10 日　木曜日　午前 9 時 30 分（ 場所: 本院　6 F 会議室）

3. 入札執行の日時及び場所
   平成 26 年 4 月 17 日　木曜日　午前 9 時 30 分（ 場所: 本院　8 階第3 会議室）

4. 入札保証金及び契約保証金
   全額免除

5. 入札参加資格
   下記の条件を全て満たす業者であること
   ①当院所定の入札資格参加申込手続きを行い、審査結果通知書を当院から受理している業者。又は全省庁統一資格審査の結果通知書を受理している業者
   ②当院もしくは省庁に納入実績がある業者
   ③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。（ 契約時に誓約書を提出すること。）

6. その他
   入札書は別掲の仕様書の内容に合致した品目に関して作成のこと
   入札書と委任状は説明会にてのみ配布する
   質疑応答については、説明会 3 日前までに質問を FAX していただき、説明会にて回答する
   FAX　03-3560-7776　第 1 係入札担当者迄

（ 担当: 用度課第 1 係）

A　調達物品品導入の背景及び目的

当院で保有している血糖測定器は、手術室・集中治療室・一般病棟におけるあらゆるシーンで幅広く使用されている。しかし、測定されたデータは実施者が電子カルテシステムへ直接手入力している現状があり、その際の入力ミスや入力忘れなどのヒヤリハットやリアルタイムに測定結果が反映されないことから生じる診療の非効率が発生しているケースがある。そこで、患者・実施者のバーコードを読み取った上で血糖を測定し、そのデータが電子カルテシステムに瞬時に反映できる測定装置を導入することで、より一層の安全の担保と診療の効率化を図りたいと考える。

B　基本的要求条件

院内で血糖測定が必要な患者に対して、安全にかつ正確に測定が行え、患者・実施者をバーコードで認識でき、それらの情報が電子カルテシステムに瞬時に反映することができる血糖測定システムであること。

C　調達物品の内訳

○グルコース分析装置　　７０台
○付属品
○電子カルテ連動システム　　一式

（内訳）
グルコース測定装置

１　本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０台
２　ＡＣアダプター・・・・・・・・・・・・・７０個
３　専用台・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０セット
４　添付文書／取扱説明書／品質保証書・・・７０セット

付属品

１　血液検査用グルコースキット
２　アプリケーションソフト

D　技術的要求要件の概要

1　本件調達物品にかかわる性能、機能および技術等（以下「性能等」という）の技術的要求要件は別紙に示す。提案物品の性能がこれらの要件を満たしていないと判断した場合には不合格となり入札から除外する。

2　入札機器は、薬事法に基づく医療機器の承認を得ている物品であること。

E　その他

1　本件調達物品に置き換わる現行使用機器を無償で引き取ること。

別紙

調達物品に備えるべき技術的要件

■グルコース分析装置は以下の要件を満たしていること

1　本体

①　外観等

1　外形寸法: 看護師が片手で操作できるサイズであること(たて幅: 約 150㎜、よこ幅: 約 50㎜を目安とする)

2　本体重量: 看護師が片手で操作できるサイズであること(約 100g を目安とする)

3　液晶表示: バックライト機能を有し、日本語表示(ひらがな・カタカナ・漢字) であること

4　電源仕様: 内蔵バッテリーで連続駆動が可能であること

②　測定性能

1　測定検体: 全血であること

2　測定原理: グルコースオキシダーゼ比色法であること

2　測定範囲:　20～600mg/dL に対応可能であること

3　測定時間: 10 秒以内であること

4　測定精度: 自動分析装置との良好な相関性が確認されていること

5　ヘマトクリット値:　20～60%に対応可能であること

6　精度管理: 専用コントロール液を有し、精度確認が可能であること。

③　操作性

1　機器形状: 看護師が片手で保持でき、血液吸引がしやすい形状であること

2　サンプリングの容易さ: 血液吸引箇所が分かりやすいこと

3　準備操作の容易さ: 試薬の装着が簡便に行なえること

4　校正作業: センサーロットごとの校正が不要であること

5　入力操作の容易さ: 測定に必要な情報(使用者・患者ＩＤ) の入力がバーコードリーダーで行えること

6　モニタ画面視認性: 結果表示内容(ディスプレイ) が明瞭であること

7　終了作業の容易さ: センサー排出機構(イジェクター) を有すること

8　システム構成: ＨＩＳとの接続にあたり、専用の部門サーバを必要としないこと

9　接続形式: ＨＩＳ端末と直接ＵＳＢケーブルで接続されること

２　ＡＣアダプター

１　取り 扱いが簡便で丈夫であること

３　専用台

１　取り 扱いが簡便で丈夫であること

４　添付文書／取扱説明書／品質保証書

１　日本語で分かり やすいも のであること

■付属品は以下の要件を満たしていること

１　血液検査用グルコースキット： 個包装であること。また外来用自己測定器と 共通の試薬が使用できること
２　アプリ ケーショ ンソフト： 当院の情報端末にインスト ール可能なスペック であること

■電子カルテ連動システムは以下の要件を満たしていること

１　日本電気株式会社製電子カルテ「 MegaOak HR」の検温表に血糖測定データ が自動入力可能であること
２　日本電気株式会社製電子カルテと の連動実績が5 件以上あること

以上